



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

TÓTH ILONA
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

JAVASLAT

a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére eszközbeszerzés jóváhagyására

Készítette: **Dr. Juhász György**
főigazgató főorvos


Előterjesztő: **Dr. Juhász György**
főigazgató főorvos

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottságnak
a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző



Az előterjesztés leadva:
2017. január 20.

Testületi ülés időpontja:
2017. január 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál a betegellátás színvonalas biztosítása érdekében az intézmény 2016. évi OEP többletbevétel terhére, beruházás előirányzatra történő módosítással, összesen bruttó 34 000 e Ft összegben az alábbi beszerzésekre teszek javaslatot a műszerpark fejlesztése érdekében:

Ultrahang készülékek

Két szakrendelés diagnosztikus ultrahang készüléke hibásodott meg. Alkalmazásuk diagnosztikus tévedéshez vezethet, cseréjükre bruttó 14 950 eFt összegű beszerzés keretében teszek javaslatot.

Az intézmény kardiológiai szakrendelésén meghibásodott az ultrahang készülék, a berendezés konzolja és vizsgáló feje is javításra szorul. Az ultrahang a kardiológiai megbetegedések diagnosztizálásában, a terápiás vezetésben és a sürgősség megítélésében alapvető fontosságú.

Az urológiai szakrendelés ultrahang készülékének vizsgáló feje szintén meghibásodott, teljes cserére szorul. A gép régi fejlesztésű, a meghibásodott fej a piacon már csak elvétve fellelhető, ezért cseréje költséges, összehasonlítva az új gépek vizsgáló fejeivel, lényegesen drágább. Hosszú távon költséghatékonyabb egy új fejlesztésű ultrahang készülék beszerzése.

Mammográf kiolvasó


A korábbiakban meghibásodott és használhatatlanná vált mammográf berendezés vegyszeres filmelőhívással működött, a helyette beállított berendezés foszforlemez előhívást igényel. Figyelembe véve a radiológiai osztály egyéb berendezéseinek műszaki paramétereit is, szakmai szempontból egy tűkristályos foszforlemez képkiolvasó berendezés (bruttó 19 050 eFt) beszerzése válik szükségessé. A beszerzésre javasolt kiolvasó illeszkedik a radiológiai osztály többi berendezéséhez, technikailag fejlettebb, képminősége magas színvonalú és jelentős sugárdózis csökkenést is garantál és hosszabb távra megoldja a radiológiai képmegjelenítés problémáját.

A berendezés beszerzéséhez – az ártárgyalásoktól függően - közbeszerzési eljárás indítása válhat szükségessé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot támogatni szíveskedjen.

Budapest, 2017. január 20.




Dr. Juhász György
főigazgató főorvos

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére az intézmény 2016. évi OEP többletbevétel terhére, beruházás előirányzatra történő módosítással összesen bruttó 34 000 eFt összegben 1 db kardiológiai ultrahang és 1 db kardiológiai vizsgálófej, 1 db urológiai ultrahang és 1 db vizsgálófej, valamint 1 db radiológiai képkiolvasó berendezés (mely tűkristályos kazetták kiolvasására alkalmas) beszerzését.

Határidő:

2017. augusztus 31.

Felelős:

Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Némethné Révész Andrea
ágazatvezető
Lantai-Metz Tímea ágazatvezető
Dr. Juhász György főigazgató főorvos

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **minősített** többségű támogató szavazata szükséges.

EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: Dr. Vincze Anikó aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2017. január „.....”

Dr. Vincze Anikó sk.
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Némethné Révész Andrea ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2017. január „.....”

Némethné Révész Andrea sk.
ágazatvezető