



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

ALPOLGÁRMESTER

JAVASLAT

ultrahang diagnosztikai eszközök megvásárlására és haszonkölcsönbe adására a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház részére

Készítette:

Szathmáry Ádám

szociális és egészségügyi referens

Előterjesztő:


Borbély Lénárd

alpolgármester

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

- a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottságnak
- a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
20. <u>14</u> évi	<u>233</u> sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2014. 09. 25.</u>	

Leadási idő:

2014. szeptember 22.

Testületi ülés időpontja:

2014. szeptember 25.



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

ALPOLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztéssel javaslatot teszek arra, hogy Önkormányzatunk ultrahang diagnosztikai eszközöket vásároljon.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi Dr. Ralovich Zsolt főigazgató úr levele, valamint árajánlatok az egyes konfigurációkra vonatkozóan.

Az eszközöket – beszerzést követően – javaslom a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet használatába adni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a javaslatot támogassa.

Budapest, 2014. szeptember 25.


Borbély Lénárd
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ultrahang diagnosztikai berendezések megvásárlásához bruttó 52.616.100,- Ft összegű előirányzatot biztosít a 2015. évi költségvetésében.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eszközöket – beszerzését követően – a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet tartós használatába adja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2015. március 31.

Felelős: Németh Szilárd polgármester
végrehajtásért: Kernné dr. Kulcsár Dóra alelnök
Halmos Istvánné ágazatvezető
Szathmáry Ádám referens

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata szükséges.



• FŐIGAZGATÓSÁG

• DR. RALOVICH ZSOLT
Főigazgató

Ikt.sz.: K/1147/2/14.Főig.
(Kérjük, válaszában erre hivatkozzon!)

Tárgy: Támogatás kérése

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Németh Szilárd
Polgármester Úr részére

Budapest
Szent Imre tér 10.
1211

e-mail.: polgarmester@csepel.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet alapvető célkitűzése a területi ellátási kötelezettségéhez tartozó lakosok, ezen belül Budapest Főváros XXI kerület, Csepel polgárai részére történő magas szakmai színvonalú egészségügyi szolgáltatás biztosítása. A rendkívül korlátozott finanszírozási forrásokra is figyelemmel, a színvonalas feladatellátás elsősorban az érintett önkormányzatokkal kialakítandó szoros együttműködésben valósítható meg, melynek kitűnő példája a Tisztelt Polgármester Úr által irányított Csepel Önkormányzata.

A megfelelő párbeszéd és hatékony együttműködés, illetve kiemelten Csepel Önkormányzata által felajánlott támogatások eredményeként olyan kiemelkedő, minőségi színvonalat lehetővé tévő beruházások valósultak és valósíthatók meg, melyek közvetlen kihatással vannak az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők korszerű és magas szakmai színvonalú, hatékony ellátására és egyben számottevően javítják az egészségügyi dolgozók munkakörülményeit is.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet az I. Belgyógyászat Kardiológiai Osztály rendkívül elavult műszerparkjának korszerűsítését tervezi, **kardiológiai ultrahang készülékek beszerzése útján, a hozzá tartozó vizsgálófejekkel.** A korábbi készülékekkel a gépek élettartamára tervezett vizsgálati számot sokszorososan meghaladó számú vizsgálat történt, lényegében amortizálódtak, a nyelőcsőfej (ami az osztály működéséhez előírt szakmai minimumfeltétel) javíthatatlanul egy éve elromlott, nem javítható, ezzel a betegellátás veszélyeztetett.

A támogatási források lehetőségének függvényében, illetve Csepel Önkormányzata Közgyűlésének döntését, esetleges céltámogatási előírását, vagy a meghatározott adományösszeg szabad felhasználását lehetővé tévő határozatát is maradéktalanul figyelembe véve tájékoztatom Tisztelt Polgármester Urat, hogy gyógyintézetünk – prioritási sorrendben - az alábbi beruházásokat kívánja megvalósítani:

- 1/ 1 db csúcskategóriás állványos UH készülék kardiológiai vizsgálatokra
- a beszerzés becsült értéke: kb. 25 M Ft
- 2/ 1 db hordozható UH készülék kardiológiai vizsgálatokra
- a beszerzés becsült értéke: kb. 13 M Ft

A készülékekre bekért árajánlatokat csatoltan megküldjük. Esetleges támogató döntés kapcsán megvalósuló közbeszerzés szakmai specifikációjának összeállításában készséggel állunk rendelkezésükre.

Az önkormányzatok rendelkezésére álló szűkös pénzügyi források ismeretében, gyógyintézetünk köszönettel fogad és számunkra jelentőséggel bír minden, a tárgyi- és személyi feltételek javítását támogató adomány.

Gyógyintézetünk hatékony és korszerű működtetését elősegítő támogatásukat megköszönve, a további jó együttműködés reményében

Budapest, 2014. augusztus 13.

Tisztelettel:



Dr. Ralovich Zsolt
főigazgató



Melléklet: 3 – 3 db árajánlat a készülékekre

Címzett:	Ökrös Péterné részére	Feladó:	Breznai András
Cég:	Jahn Ferenc Kórház	Ajánlatszám:	14083
Fax/Email:	onvmusz@jahndelpest.hu	Dátum:	2014. június 30.
Tárgy:	Philips UH készülék szállítási ajánlata	Oldalak:	2 oldal

Tisztelt Asszonyom!

Köszönettel vett megkeresésük alapján az alábbiakban küldöm ajánlatunkat felső kategóriás Philips Affinity és CX50 diagnosztikai UH készülékek szállítására intézményüknek.

1 db Affinity 700 típusú digitális ultrahang-diagnosztikai készülék	Ajánlati ár
Color Doppleres készülék, 21" TFT LCD monitorral	
Natív adatfeldolgozás	
Xres képalkotás	
SONO CT képalkotás	
Kardiológiai klinikai alkalmazási csomag	
Radiológiai klinikai alkalmazási csomag	
Vaszkuláris klinikai alkalmazási csomag	
Digitális képtárolás CD/DVD író/olvasóval (Study manager) + USB flashdrive	
1 db C5-1 hasi konvex transducer 1-5 MHz	
1 db L12-3 lineáris transducer 3-12 MHz	
1 db Bp10-5 EC biplane rektális transducer 5-10 MHz	
DICOM 3.0 hálózati interfész + szoftver (munkalista fogadásával)	
1 db SONY UPD 897 MD fekete-fehér videoprinter	
Kedvezményes ár:	15 670 000 Ft + ÁFA

Opciók PHILIPS Affinity 700	Ajánlati ár
1 db L12-5 lineáris transducer (5.0.-12.0 MHz)	1 900 000 Ft + ÁFA
1 db Philips S7-2 TEE transducer (2-7 MHz)	5 280 000 Ft + ÁFA
1 db Smart Stress Echo szoftver	900 000 Ft + ÁFA
1 db Advanced Qlab szoftvercsomag (Strain, Strain Rate, TSI)	900 000 Ft + ÁFA

1 db PHILIPS CX50 típusú mobil, csúcskategóriás UH készülék.**Ajánlati ár**

CX50 Mobil Color Doppleres készülék ,
15" LCD display
2D, M-Mód, Color M-Mód, Anatómiai M-Mód; PW Doppler, CW Doppler, HPRF
Doppler, THI, Color Doppler, Power Doppler, Irányérzékeny Power Doppler, Duplex
mód, Triplex mód
Tissue Doppler (Color és PW)
Small parts szoftver

170 dB dinamika tartomány; 1.0-15.0 MHz közötti frekvenciatartomány
18.432 digitálisan feldolgozott csatorna, 4X multi-line parallel-processing;
XRes képalkotás
Natív adatkezelés (2D gain, Dinamika tartomány Color gain, PW gain utólagos állítása
fagyasztott képen)
2D IScan (automatikus képtimalizálás), Doppler IScan

1 db L12-3 lineáris transducer (3.0-12.0 MHz között)
1 db C5-1 hasi konvex transducer (1.0-5.0 MHz között)
1 db L9-3 intracavitális transducer (3.0-9.0 MHz között)

Beépített HDD; Digitális képtárolás (Study manager), beépített CD/DVD
író/olvasóval (Study manager)

Készülék tartó műszerkocsi, hidraulikus lifttel, transducer tartóval, SONY ff. printerrel


ECG kábel; Akkumulátor; AC Adapter

Kedvezményes ár:**12 970 000 Ft +ÁFA****Fizetési és szállítási feltételek :**


Paritás:	CIP Felhasználó telephelye
Garancia:	12 hónap az üzembe helyezés dátumától
Betanítás, oktatás:	A fenti ár tartalmazza
Fizetés:	Az üzembe helyezést követő 30 napon belül.
Az ajánlat érvényessége:	90 nap

Tisztelettel,

.....
Breznai András
ügyvezető igazgató
BLUEMED. Kft.
30-740-44-77



2400 Dunaújváros
Petőfi Sándor utca 63.



Tárgy: Árajánlat
Dátum: 2014. július 18.
Árajánlat azonosítója: A-Délpesti-Vividi-
VividE9Pro-140718

A megajánlott 6Tc-RS típusú TEE vizsgálófej mind a Vivid E9 Pro, mind a Vivid i készüléknél használható. A Vivid E9 Pro készülék konfigurációjába az ár megtartása mellett kedvezményként beillesztettem egy érvizsgálati vizsgálófejet.

1 db	Vivid E9 Pro típusú ultrahang készülék • 19" TFT monitor • Lebegő kezelőfelület • Pinless vizsgálófej csatlakozások • Üzem módok: 2D, Color, Power Doppler, B-Flow, PW doppler, CW-doppler, M-mód, real-time triplex • Spektrális és color szöveti Doppler • Szöveti harmonikus képalkotás • Compound képalkotás • UD Clarity szemcsésség csökkentő képalkotás • Nyers ultrahang adat tárolása • Beépített CD/DVD író • Digitális páciens adattárolás • 160GB-os HDD • USB Memory Stickre és külső HDD-re történő archiválás
1 db	M5S-D típusú homogén egykristályos, mátrix szektor phased-array vizsgálófej felnőttek kardiológiai vizsgálatára
1 db	9L-D típusú lineáris vizsgálófej érvizsgálatokra
1 db	6Tc-RS típusú multiplane TEE vizsgálófej és működtetési szoftver
1 db	Adapter 6Tc-RS típusú multiplane TEE vizsgálófejhez Vivid E9 Pro készüléken történő használatához
1 db	Smart Stress Echo szoftver

1 db	Advanced Q-Scan Imaging szoftvercsomag - Strain - Strain Rate - Tissue Synchronization Imaging
1 db	AFI (Automated Functional Imaging) szoftver
1 db	DICOM hálózati csatlakozás szoftver
1 db	Beépített CD/DVD író/olvasó meghajtó
Összesen	31.790.000,-Ft + 27% ÁFA, azaz 40.373.300,- Ft

2. Vivid i:

1 db	Vivid i BT12 típusú kompakt ultrahang készülék • 15" LCD monitor • Kardiológiai Applikációs csomag • Kódolt harmonikus képalkotás • Kódolt fázis inverziós képalkotás • Ultra felbontású szemcsésségcsökkentő képalkotás (UD-SRI) • 2D, Color, Power Doppler, PW, CW, M-mód üzemmód, color M-mód, élő anatómiai M-mód, anatómiai color M-mód • Spektrális szöveti Doppler (TDI) • Color szöveti Doppler (TVI) és Tissue Tracking (szöveti elmozdulás) • EKG kábel • Beépített intelligens beteg archiváló rendszer • Nyers ultrahang adat tárolás: a 2D képeken erősítés, dinamika tartomány, szűrkeskálák; a color Doppler képeken az erősítés, alapvonal, color map-ek; a PW Doppler képeken az erősítés, dinamika tartomány, alapvonal, eltérítési sebesség, képernyőelrendezés a befagyasztott és merevlemezen tárolt képeken is állítható • Több 120 GB merevlemez terület a páciensadatok tárolására • Képek, loopok exportja JPG, AVI, DICOM, RawDICOM formátumban CD/DVD- re, USB pendrive-ra • Automatikusan képtimalizálás 2D üzemmódban és PW Doppler üzemmódokban • Folyamatos szöveti optimalizálás 2D üzemmódban (CTO) • Külső DVD/CD R/W meghajtó • Beépített akkumulátor • Direkt kapcsolódás ECHOPAC munkállomáshoz • 5 kg súly
1 db	3Sc-RS típusú phased-array szektor vizsgálófej felnőttek transthoracalis kardiológiai vizsgálatához
1 db	Műszerkocsi • Vizsgálófej- és géltartó • Lábtartó és fogantyúk • Lépés elleni rögzítés • Négy bolygókerék, az első két kerék fékeezhető • Két tárolópolc • Három AC csatlakozó perifériáknak • Négy USB csatlakozó

1 db DICOM hálózati csatlakozás szoftver
Összesen: 9.640.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz 12.242.800,-Ft


Az ár magába foglal 12 hónap garanciát, valamint az üzembehelyezés és a betanítás költségeit.

Az árajánlat érvényessége: 2014. augusztus 31.

Fizetés: a teljesítéstől számított 30 napon belül banki átutalással

Szállítási határidő: a szállítási szerződés aláírásától számított 4 hét

Tisztelettel,


Homoki István
Üzletfejlesztési vezető

MED-EN TRADE KFT.
H-2400 Dunaujváros,
Petőfi S. u. 63.
Adószám: 24132880-2-07

Székhely: 1039 Budapest, Samlit u. 4.
Iroda: 1031 Budapest, Bocsi u. 215
Postafiók: 1300 Bp. Pf. 101
Tel: +36 1 430 1900
Fax: +36 1 430 1901
E-mail: siemac@t-online.hu
Web: www.siemac.hu
Iktatószám: 110/2014
Dátum: 2014.06.11.

Jahn Ferenc Kórház

Ökrös Péterné
részére

Tárgy: ártájékoztató

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

2014.06.10 -én kelt megkeresésükre az alábbi tájékoztatást tudjuk adni:
A SIEMENS-Acuson portfólióban az S-széria jelenti a csúcskategóriát, amelynek
képminősége jelentősen meghaladja a HITACHI Avius berendezését:

- Az S1000 UH készülék piaci ára konvex, lineáris és endokavitális vizsgálófejjel
nettó 20-25 millió Ft között mozog szoftveres kiépítéstől függően.
- Ehhez a kardiológiai csomag (kardiológiai) szektor és TEE vizsgálófejekkel –
szoftveres kiépítéstől függően- kb. nettó 14-16 millió Ft.

A HITACHI Avius minőségi szintjének megfelelő berendezés (Acuson X700) a fenti
árakhoz képest lényegesen kedvezőbb:

- Az Acuson X700 UH berendezés piaci ára konvex, lineáris és endokavitális
vizsgálófejjel nettó 13-16 millió Ft között mozog szoftveres kiépítéstől függően.
- Ehhez a kardiológiai csomag (kardiológiai) szektor és TEE vizsgálófejekkel –
szoftveres kiépítéstől függően- kb. nettó 9-10 millió Ft.

Tisztelettel:

dr. Richter Balázs
cégvezető

szívdobverési kardiológiai ultrahang készülék

Srsz	Megnevezés	db	HUF
1	ACUSON X700	1	
2	X700 1.1 SW	1	
3	Operating System Int. English	1	
4	Power Cord, 230V EU	1	
5	Wireless Option	1	
6	US Security(VP) Option	1	
7	Cardio-Vascular Option	1	
8	ECG Lead, Euro Type (IEC)	1	
9	V5Ms TEE vizsgálófej	1	
10	CW2 nem képkötő doppler fej	1	
11	4V1c kardiológiai vizsgálófej	1	
12	VF12-4 lineáris vizsgálófej	1	
13	BW Printer	1	
14	Instructions for Use, HUN	1	
	Nettó ár		17 870 000
	ÁFA (27%)		4 824 900
	Bruttó ár		22 694 900

hordozható ultrahangos kardiológiai

UK
kezelés

Srsz	Megnevezés	db	HUF
1	ACUSON P300	1	
2	ACUSON P300 1.5 SW	1	
3	Operating System 1.5, Intl Eng	1	
4	English Language Keyboard	1	
5	Operator Manual 1.5, English	1	
6	Cordset, EU	1	
7	Magasságállítható műszerkocsi	1	
8	Hordtáska	1	
9	DICOM Module	1	
10	Cardiac M&R	1	
11	ECG Cable, EU	1	
12	Beépített akkumulátor	1	
13	BW Printer	1	
14	Printer Cordset, EU	1	
15	PA230E kardiológiai vizsgálófej	1	
	Nettó ár		9 170 000
	ÁFA (27%)		2 475 900
	Bruttó ár		11 645 900